

FORNECEDOR:

CNPJ:

END:

CIDADE:

FONE:

E-MAIL:

IE

BAIRRO:

CEP:

FAX:

RESPONSÁVEL:


PRODUTOS / SERVIÇOS

LOTE	ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIPTIVO	MARCA	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	1	Código do Item: 6515.393.0050 (ID - 153861)	MOLA/ESPIRAL PARA EMBOLIZACAO,MATERIAL: METAL / POLIESTER, COMPRIMENTO: 1,5 MM ~ 25 MM, DIAMETRO: 2C M ~ 50 CM, SISTEMA: LIBERACAO CONTROLADA, APLICACAO: EMBOLIZACAO PCA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	216		
	2	Código do Item: 6515.503.0006 (ID - 153780)	SISTEMA LIBERACAO CONTROLADA MOLA,MATERIAL: NITINOL / POLIESTER, APLICACAO: EMBOLIZACAO DE CANAL ARTERIAL E FISTULA ARTERIO VENOSA, CAPACIDADE: N/A, DIAMETRO CATETER: 5FR A 6FR, COMPRIMENTO EMBOLO: 110 CM, DIAMETRO CIRCUNFERENCIA: 0,035" ~ 0,038", QUANTIDADES VOLTAS: 3 ~ 8 VOLTAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SISTEMA LIBERADOR CONTROLADO POR ROSCA PARA MOLAS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	108		
2	1	Código do Item: 6515.045.0709 (ID - 151015)	CATETER BALAO,MATERIAL CATETER: POLIURETANO, CALIBRE: 6FR, APLICACAO: VALVULOPLASTIA, MODELO: DUPLO LUMEN, QUANTIDADE BALOES: 1, COMPRIMENTO: 1.2 CM ~ 5 CM, ACESSORIO: SEM, MATERIAL BALAO: POLIAMIDA, CAPACIDADE BALOES: 6 ATM, EXTREMIDADE DISTAL: RETA, DIMENSOES BALAO: 4MM ~10MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	48		
3	1	Código do Item: 6515.045.0423 (ID - 88597)	CATETER BALAO,MATERIAL CATETER: POLIURETANO, CALIBRE: 4-10FR, APLICACAO: VALVULOPLASTIA LATENTE/PEDIATRICA, MODELO: DUPLO LUMEN, QUANTIDADE BALOES: 1 BALAO, COMPRIMENTO: 2,0-6,0CM X 4-30MM, ACESSORIO: COMPATIVEL COM GUIA 0,021,0,025,0,035, MATERIAL BALAO: ELASTOMERO TERMOPLASTICO NAO COMPLACENTE, CAPACIDADE BALOES: 1,0-4,5 ATM, EXTREMIDADE DISTAL: N/A		UND	48		
4	1	Código do Item: 6515.045.0711 (ID - 151082)	CATETER BALAO,MATERIAL CATETER: POLIURETANO, CALIBRE: 12FR, APLICACAO: DILATAÇAO DE VALVULA MITRAL - VALVULOPLASTIA, MODELO: INOUE, QUANTIDADE BALOES: 1, COMPRIMENTO: 25 MM, ACESSORIO: DILATADOR, TUBO DE ESTICAMENTO DO BALAOFIO GUIA, ESTILETE, SERINGA E REGUA, MATERIAL BALAO: LATEX, CAPACIDADE BALOES: 6 ATM, EXTREMIDADE DISTAL: RETA, DIMENSOES BALAO: 26MM - 30MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	12		
5	1	Código do Item: 6515.108.0012 (ID - 55067)	ENDOPROTESE (STENT) APLICACAO: COARCTACAO DE AORTA, MATERIAL: MALHA DE PLATINA / IRIIDIUM 0,013", TIPO: BALAO EXPANSIVEL, CATETER LIBERACAO: N/A, FORMATO: ZIG ZAG COM 8 ZIG, REVESTIMENTO: SEM, COMPRIMENTO: 45 MM, DIAMETRO: 8 / 24 MM, CALIBRE CATETER: N/A		UND	12		
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: STENT PARA COARCTAÇÃO DE AORTA COM TAMANHOS DE 16, 22, 34 E 45 MM DE COMPRIMENTO.								
6	1	Código do Item: 6515.045.0710 (ID - 151016)	CATETER BALAO,MATERIAL CATETER: POLIURETANO, CALIBRE: 5-13 FR, APLICACAO: VALVULOPLASTIA PEDIATRICA E ADULTA PARA ANGIOPLASTIA DE ARTERIAS E VEIAS COM OU SEM APLICACAO DE STENT, MODELO: DUPLO LUMEN, COMPATIVEL COM GUIA 0,035, QUANTIDADE BALOES: 1, COMPRIMENTO: 4 CM, ACESSORIO: SEM, MATERIAL BALAO: POLIURETANO / POLIAMIDA, CAPACIDADE BALOES: ATE 12 ATM, EXTREMIDADE DISTAL: RETA, DIMENSOES BALAO: 10MM ~28 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	48		
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CATETER BALÃO COM DUPLO LÚMEN, TAMANHO DE 14, 18 E 28 MM X 4 CM.								
7	1	Código do Item: 6515.035.0015 (ID - 122695)	BALAO MEDICO CIRURGICO, TIPO: CATETER BALAO PARA MEDICAO DE COMUNICACAO INTERATRIAL, MATERIAL: NYLON RADIOPAACO, APLICACAO: DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS CARDIOVASCULARES, PROCEDIMENTO: DIMENSIONAMENTO DE DEFEITOS CARDIOVASCULARES POR TRANSCATETERIZACAO, DIAMETRO: 27 MM, ACESSORIOS: 7 FR, FIO GUIA COMPATIVEL 0.035"		UND	36		
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MARGEM DE DIÂMETRO DE 24 A 34 MM								
8	1	Código do Item: 6515.506.0001 (ID - 149260)	PROCEDIMENTO MEDICO, KIT, TIPO: PROTESE DUPLO DISCO, PROCEDIMENTO: FECHAMENTO DE CIV PERIMEMBRANOSA E MUSCULAR, COMPOSICAO: CONJUNTO LIBERADOR COMPOSTO POR BAINHA CONDUTORA, DILATADOR, CARREGADOR E CABO LIBERADOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 4 A 18 MM DE DIAMETRO, 45° DE CURVATURA, FORMA FORNECIMENTO: KIT		UND	12		
9	1	Código do Item: 6515.506.0002 (ID - 149261)	PROCEDIMENTO MEDICO, KIT, TIPO: AUTO EXPANSIVEL, PROCEDIMENTO: FECHAMENTO DE APENDICE ATRIAL, COMPOSICAO: PROTESE AUTO EXPANSIVEL E CONJUNTO LIBERADOR COMPOSTO POR BAINHA CONDUTORA, DILATADOR, CARREGADOR E CABO LIBERADOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 11 A 33 MM DE DIAMETRO, FORMA FORNECIMENTO: KIT		UND	12		
10	1	Código do Item: 6515.506.0004 (ID - 149263)	PROCEDIMENTO MEDICO, KIT, TIPO: ROLHA / DUPLO DISCO, PROCEDIMENTO: FECHAMENTO DE CANAL ARTERIAL, COMPOSICAO: PROTESE DE MALHA AUTO- EXPANSIVEL E CONJUNTO LIBERADOR COMPOSTO DE BAINHA CONDUTORA, DILATADOR, CARREGADOR E CABO LIBERADOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 4/6 A 10/12 MM DE DIAMETRO, FORMA FORNECIMENTO: KIT		UND	48		

11	1	Código do Item: 6515.506.0003 (ID - 149262)	PROCEDIMENTO MEDICO,KIT,TIPO: PROTESE AUTO-EXPANSIVEL E DUPLO DISCO, PROCEDIMENTO: FECHAMENTO DE DEFEITOS DE SEPTO INTERATRIAL, COMPOSICAO: PROTESE DE MALHA E CONJUNTO LIBERADOR COMPOSTO POR BAINHA CONDUTORA, DILATADOR, CARREGADOR E CABO LIBERADOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 12 A 38 MM DE DIAMETRO E 45° DE CURVATURA, FORMA FORNECIMENTO: KIT		UND	36	
----	---	---	---	--	-----	----	--

ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPOS I, II, III E IV.

**OBSERVAÇÃO**



TOTAL:

**INSTRUÇÕES:**

1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

**OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:**

1. A entrega deverá ser realizada no prazo de até 30 (trinta e um) dias corridos, a partir da data de retirada da nota de empenho;
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: CGA Coordenação Geral de Armazenagem : Rua Luiz Palmier, 762, Barreto, Niterói – RJ
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.